

SỞ Y TẾ NINH BÌNH
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN GIA VIỄN

Số: 562/TM - TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Viễn, ngày 30 tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: Các tổ chức, đơn vị đủ điều kiện thẩm định giá

Căn cứ Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ tình hình nhu cầu thực tế tại đơn vị để có cơ sở xác định giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Dự toán mua sắm: **Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Gia Viễn**; Trung tâm Y tế huyện Gia viễn trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị có đủ điều kiện và năng lực kinh nghiệm tham gia thẩm định giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu thẩm định giá

- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn
- Địa chỉ: đường 477 Phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

- Đồng chí: Nguyễn Thành Luân – Nhân viên khoa Dược – TTB-VTTYT
- Số điện thoại: 0357777158
- Gmail: nhanbaogiattytg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm y tế huyện Gia Viễn (đường 477 Phố Tiến Yết, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình)
- Nhận qua email: nhanbaogiattytg@gmail.com
- Nhận qua Fax: Không

4. Thời hạn nhận báo giá

Từ 16h00 ngày 30 tháng 9 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xét duyệt.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá

Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Thẩm định giá Dự toán mua sắm: **Mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm y tế huyện Gia Viễn (Có phụ lục kèm theo).**
- Thời gian thẩm định giá: 05 ngày

Lưu ý khi nộp báo giá



Các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ gửi báo giá gồm:

- Công văn phúc đáp của đơn vị Thẩm định báo giá;
- Bảng chào phí Thẩm định giá của đơn vị;
- Hồ sơ năng lực, đăng ký kinh doanh của đơn vị;

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. -02

Nơi nhận :

Như trên;

Ban giám đốc (để b/c);


Lưu VT, Dược VTTTB;



GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Hải





PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾
1	Máy in phim X-quang khô 1.Cấu hình thiết bị - Máy chính 01 Chiếc - Dây nguồn 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 quyển 2. Thông số kỹ thuật - Hệ thống in laser sấy nhiệt - Xử lý nhanh khoảng 80 phim/ giờ (14x17 inch) và khoảng 100 phim/ giờ với cỡ 10x14 inch - Phương thức kết nối mạng: DICOM compliant - Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian, hoạt động trong ánh sáng ban ngày - Khay nhận phim 100-150 tấm/ hộp - Độ phân giải thang xám: 14 bit - Dung lượng bộ nhớ: 1GB. - Có thể in được 5 kích cỡ film khác nhau - Đặc biệt với phần mềm hiệu chỉnh mật độ in và chất lượng hình ảnh tự động - Nguồn điện cung cấp 220 – 240 VAC, 50/60 Hz - Nhiệt độ làm việc từ 15°C-30°C,	Model: DRYPIX 6000 HSX: Fujifilm	9018	2024	Trung Quốc
2	Máy siêu âm điều trị 1.Cấu hình cung cấp - 01 Máy chính - 01 Dây cáp nguồn - 01 Đế đỡ thiết bị (hỗ trợ đặt nghiêng) - 01 Đầu phát đa tần 1/3Mhz - 01 Chai gel hỗ trợ tiếp xúc 250ml - 01 Giá giữ đầu phát	Model: Sonopuls 490 HSX: Enraf-nonius	9019	2023	Cộng Hòa Séc

	- 01 HDSD tiếng Việt 2. Thông số kỹ thuật - 02 công kết nối điều trị hoàn toàn độc lập trên 2 phác đồ điều trị khác nhau - Màn hình: LCD đa sắc màu cảm ứng chạm, 5.7inch - Có 25 phác đồ điều trị sẵn, đã được kiểm nghiệm thực tế - đầu phát đa tần 1 Mhz và 3 Mhz - Công suất tối đa chế độ liên tục: 10 W - Tần số xung: 16 Hz, 48 Hz và 100 Hz - Chế độ làm việc xung và liên tục - Thời gian điều trị : 30 phút - Công suất tối đa trong chế độ liên tục : 2,0 W/cm2 - Công suất xung cực đại 3W/cm2 - Nguồn điện cung cấp 230V / 50 Hz/ 70 VA				
3	Máy trị liệu nhiệt sóng ngắn 1. Cấu hình cung cấp - 01 Máy chính - 01 bộ dây nguồn - 01 Điện cực dòng xoáy Circuplode Ø 90 mm - 01 Dây cáp dẫn sóng - 02 Kẹp dây dẫn cấp - 01 tay đỡ điện cực - 01 Bộ sách hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt 2. Thông số kỹ thuật - Nguồn điện AC 220-240V ± 10% , 50/60Hz - Công suất định cao: 200 Watt - Xung rộng và tần số xung có thể được thiết lập - Thời gian xung : 400 µs - Tần số xung: 26, 35, 46, 82, 110, 150, 200, 300, 400Hz - Vòng ánh sáng cung cấp cho cả nhà trị liệu và bệnh nhân - một dấu hiệu rõ ràng về lượng năng lượng và tính chất của việc điều trị đang được thực hiện.	Model: CURAPULS 670 HSX: Enraf-nonius	9019	2023	Hà Lan

	- Màn hình cảm ứng - Hiện thị chi tiết việc hướng dẫn điều trị bằng hình ảnh giải phẫu - Số kênh điều trị 2 kênh hoàn toàn độc lập trên 2 phác đồ điều trị khác nhau - Thời gian điều trị 30 phút				
4	Máy điện xung 1.Cấu hình cung cấp - 01 máy chính - 01 bộ dây nguồn - Dây cáp nguồn 01 Bộ - Dây đai 02 Cái - Điện cực cao xu chì 04 Cái - Vỏ bọc điện cực 08 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng 01 quyển 2. Thông số kỹ thuật - Màn hình hiển thị màu, tinh thể lỏng TFT cảm ứng chống xước - Kích thước màn hình 5.7 inches - Nguồn điện cung cấp AC 100 – 240 V - 02 kênh độc lập hoàn toàn, điều chỉnh riêng biệt các thông số và cường độ dòng điện trên mỗi kênh - 26 loại dòng điện trị liệu trên mỗi kênh - 42 Phác đồ trị liệu gợi ý sẵn có - Chương trình tự cài đặt: 1000 chương trình + Các dòng điện cơ bản - Dòng Vector Lưỡng Cực Điều Chỉnh Bằng Tay - Tần số sóng mang : 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kHz - Dòng giao thoa 4 cực - Dòng kích thích kiểu nga - Dòng Điện Trường Cao Áp Xoay Chiều (Xung Sinh Đôi) (High Voltage (Twin Pulse))	Model:Endomed 482 HSX:Enraf-nonius	9019	2023	Cộng Hòa Séc

	Thời gian điều trị 60 phút		9019	2023	Ba Lan
5	Máy từ trường điều trị 1.Cấu hình cung cấp - 01 máy chính kèm Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt - 01 bộ dây nguồn - Bàn Từ trường cục bộ có 8 cuộn từ nhỏ : 01 Chiếc - Giường từ toàn thân : 01 Chiếc - Cuộn từ toàn thân 600mm : 01 Cái - Xe đẩy đi kèm : 01 chiếc - Dây dẫn từ trường cho cuộn từ toàn thân : 01 chiếc - Dụng cụ thử từ trường : 01 chiếc - 01 quyền hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/ Việt 2. Thông số kỹ thuật - Thiết bị có 2 kênh đầu ra độc lập. - Có chức năng cho phép kết nối 2 cuộn từ khác nhau - Màn hình cảm ứng đa màu sắc và có phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt - Có sẵn các chương trình điều trị đặt trước cho các phương pháp điều trị phổ biến: 56 chương trình - Dải tần số từ trường rộng (1-100Hz) - Cường độ từ trường: 20 mT - Thời gian điều trị: 1-99 phút - Nguồn điện 1 Pha ~ 230V 10% /50 Hz 200W	Model: MAGNETRONIC MF-12 HSX:EIE			
6	Giường bệnh nhân 1.Cấu hình cung cấp - Khung giường : 01 Chiếc - Tấm đầu giường và cuối giường 01 Bộ - Thanh chắn hai bên : 01 Bộ - Cọc truyền dịch : 01 Chiếc - Bánh xe : 04 Chiếc - Nệm : 01 Chiếc 2. Thông số kỹ thuật	Model: JD-C15 HSX: Hebei Jiede	9402	2023	Trung Quốc

- 1. Quy cách:
- Tổng thể:
 - Dài 2080x Rộng 960mm ($\pm \leq 5\%$ sai số)
 - Mặt giường: Dài 1960 x Rộng 900mm ($\pm \leq 5\%$ sai số)
 - Chiều cao: 500mm ($\pm \leq 5\%$ sai số)
 - Tải trọng khoảng: 260kg ($\pm \leq 5\%$ sai số)
- 2. Tính năng kỹ thuật:
 - Nâng hạ đầu từ: khoảng từ 0 độ đến 80 độ ($\pm \leq 5\%$ sai số)
 - Nâng hạ chân từ: khoảng từ 0 độ đến 30 độ ($\pm \leq 5\%$ sai số)
- 3. Mặt giường:
 - Làm bằng khung thép cán nguội và các thanh nan kết cấu chắc chắn.
- 4. Khung giường: - Làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện
- 5. Lan can (Thanh chắn):
 - Chất liệu: 5 thanh chắn bằng nhôm và thanh nhựa ABS không độc, kháng khuẩn
 - Có thể gấp lên/ xuống được
 - Thanh chắn thành giường có thể xếp gọn xuống phía dưới và có chốt khóa dạng cò bóp